



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.16.000.М.005393.10.22**

от **17 октября 2022 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.; Стоматологическая клиника ООО "СВИСС СМАЙЛ ГРУПП"; г. Москва, пер. Всеволожский, д. 2, стр. 2

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИСС СМАЙЛ ГРУПП"

(ИНН:7704857549, ОГРН:1147746185762)

Юридический адрес: г. Москва, пер. Всеволожский, д. 2, стр. 2, офис 01

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)


СанПиН № 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в Управление Роспотребнадзора по г. Москве № 01-31855-2 от 21.09.2022г; Акт экспертизы результатов проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок Управления Роспотребнадзора по г. Москве № 03-31855 от 17.10.2022г



Заключение действительно до **16.10.2027**

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве

№ **3443207**





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **77.01.16.000.М.005393.10.22**

от **17 октября 2022 г.**

№

от

Наименование организации: ООО «СВИСС СМАЙЛ ГРУПП»

Фактический адрес: г. Москва, пер. Всеволожский, д. 2, стр. 2

Проводятся работы: Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Объект, используемый для осуществления работ:

Рентгеностоматологический кабинет №3 (1 этаж):

1) Аппарат рентгеновский интраоральный «HELIODENT Plus» (производитель SIRONA Dental Systems GmbH, Германия), зав.№14479, год выпуска/год монтажа 2012/2013.

Рентгеновский кабинет №б/н (1 этаж):

2) Аппарат рентгеновский цифровой панорамный «ORTHOPHOS XG» (производитель SIRONA Dental Systems GmbH, Германия), зав.№649331, год выпуска/год монтажа 2012/2013.

Проводятся работы: Хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Объект, используемый для осуществления работ:

Офис №304 (мансарда 1):

3) Аппарат рентгеновский интраоральный «HELIODENT Plus», зав. №14485, год выпуска – 2012.

4) Аппарат рентгеновский интраоральный «HELIODENT Plus», зав. №14491, год выпуска – 2012.


5) Аппарат рентгеновский интраоральный «HELIODENT Plus», зав. №14575, год выпуска – 2012.

6) Аппарат рентгеновский интраоральный «HELIODENT Plus», зав. №14579, год выпуска – 2012.

Ограничительные условия:

-Рентгеновский аппарат «HELIODENT Plus» предназначен только для обслуживания пациентов рентгеностоматологического кабинета №3 (1-й этаж).

-Запрещается нахождение людей в тамбуре во время проведения рентгенологических процедур в рентгеностоматологическом кабинете №3 (1-й этаж).

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)



по г. Москве



№0021540

Игнатова З.Н.